

## POLITIKERSPØRGSMÅL

Spørgsmål nr.: FRR017-26

Dato: 14. april 2026

Stillet af: Christoffer Buster Reinhardt (C)

Besvarelse udsendt den: 11. maj 2026

# Klimavenlig lattergas

### Spørgsmål:

I Region Hovedstaden har vi investeret i destruktionsanlæg vedr. lattergas i forbindelse med vores fødeafdelinger. Det gør, at de udleder markant mindre CO<sup>2</sup>. Har Region Sjælland investeret i lignende anlæg?

### Svar:

I budgetaftale 2026 afsatte regionsrådet i Region Sjælland midler til at installere et destruktionsanlæg til lattergas - en CO<sup>2</sup>-opsamler - på fødeafdelingen på Slagelse Sygehus. Det skal minimere udledningen af CO<sup>2</sup>, når der bruges lattergas på fødeafdelingen. Initiativet er sat i gang og forventes taget i brug i sidste halvdel af 2026.

De tre øvrige fødeafdelinger i Region Sjælland (Holbæk, Roskilde og Nykøbing F) har ikke destruktionsanlæg til lattergas installeret.

Den nye fødegang på Sjællands Universitetshospital i Køge får opsamling af lattergas på alle stuer i form af et direkte koblet anæstesisug, som transporterer lattergassen direkte til et centralt destruktionsanlæg. Denne fødegang er en erstatning for fødegangen i Roskilde, som lukkes, når funktionen flyttes til Køge i 2027.