

Modtage telekit. (i5)

Udarbejdet af: Kompetencecenter for Lungesygdom	Version: 3.6	Godkendt af: Pilotgruppen for Landsdel Sjælland	Godkendt den:	Ansvarlig for revidering af dokument: Kompetencecenter for Lungesygdom	Revideret den: 10-11-23
Målgruppe: Monitoreringsansvarlig					

Formål:

Sikre at der er en lokal registrering ved modtagelsen af TeleKit.

Modtagelse af Telekit foregår på den adresse telekit er bestilt til. Obs om det er til en fællesmodtagelse.

Ved modtagelse tjekkes om de bestilte telekit er

- Svarer til det bestilte
- Afbrudt eller kommet til skade under forsendelsen, i givet fald returneres telekit ved hjælp af en bestilling af retur i ATEA portalen. <https://atea.flexvalg.dk>

Telekittet registreres i EOJ/EPJ med TeleMED nummeret evt. suppleret med et foto og efter lokal procedure.

Husk at oplade skærm inden den bringes ud til Borger.